

Hersteller / *Manufacturer:* **AS Medizintechnik GmbH**

Anschrift / *Address:* **Sattlerstr. 15  
78532 Tuttlingen / Germany**

---

SRN-Nummer / *SRN-No.:* DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:* **Messzirkel / *Measuring calipers***

Artikel / *Articles:* Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:* 4050123-10-0160-EM

Risikoklasse / *Risk class:* Klasse I / *Class I*

Regel / *Rule:* 1

UMDNS: 16417 Tasterzirkel, sonstige / *Calipers, Other*

GMDN: 32262 *General-purpose calliper, metallic*

EMDN: V03 *Measurement devices*

Zweckbestimmung / *Intended use:* Instrumente zur Abstands- und Größenmessung  
(Beckenmessung, Augenzirkel)  
*Instruments for distance and size measurement (pelvic measurement, eye circle)*

Zertifikat / *Certificate:* D1085600029

---

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

*With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.*

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde selbstständig durchgeführt nach Art 52, Abs. 7 und Art. 19 der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte der Klasse I. Wir erklären, dass wir eine Technische Dokumentation nach Anh. II und III der Verordnung (EU) 2017/745 erstellt haben und aufrechterhalten.

*The Conformity Assessment Procedure has been performed self-dependent according to Art. 52, paragraph 7 and Art. 19 of the Regulation (EU) 2017/745, for class I medical devices. We confirm that we have established and maintain a technical documentation according to annex II and III of the Regulation (EU) 2017/745.*

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

*Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.*

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

*This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.*

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027  
 This declaration is valid until: 19.07.2027

  
 AS Medizintechnik GmbH  
 78532 Tuttlingen Sattlerstr. 15  
 Tel. 07461 / 96632-6 Fax 96632-88

Tuttlingen, den 05.09.2023

**Nino Schilling**  
 Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
10-021-01	Moeltgen Winkelmesser, 23 cm	Moeltgen Flexometer, 23 cm
10-021-02	Caroll Winkelmesser, 14,5 cm	Caroll Goniometer, 14,5 cm
10-023-32	Bertillon, Messzirkel, 32 cm	Bertillon, Head measuring Caliper, 32 cm
10-036-11	Townley Schieblehre, Meßbereich bis 100mm	Townley Caliper, measuring up to 100mm
10-036-25	Schieblehre, Messbereich bis 150 mm, 40 / 16,5 mm, sterilisierbar, 24 cm	Caliper, measuring range up to 150 mm, 40 / 16,5 mm, autoclavable, 24 cm
10-036-81	Jameson Schieblehre, Meßbereich bis 80 mm, 10 cm	Jameson Caliper, measuring up to 80 mm, 10 cm
10-036-82	Thorpe Schieblehre, Meßbereich bis 80 mm, 11 cm	Thorpe Caliper, measuring up to 80 mm, 11 cm
22-002-07	Castroviejo Zirkel, 15 mm, 8 cm	Castroviejo Caliper, 15 mm, 8 cm
22-002-08	Castroviejo Zirkel, 20 mm, 8 cm	Castroviejo Caliper, 20 mm, 8 cm
22-002-09	Castroviejo Zirkel, 40 mm, 9 cm	Castroviejo Caliper, 40 mm, 9 cm
22-002-10	Castroviejo Zirkel, 40 mm, 18 cm	Castroviejo Caliper, 40 mm, 18 cm
35-701-34	Martin Beckenzirkel, 34 cm	Martin Pelvimeter, 34 cm
35-702-33	Breisky Beckenzirkel, 33 cm	Breisky Pelvimeter, 34 cm
35-703-35	Collin Beckenzirkel, 35 cm	Collin Pelvimeter, 35 cm
35-705-30	Collyer Beckenzirkel, 30 cm	Collyer Pelvimeter, 30 cm