

Hersteller / *Manufacturer:*

AS Medizintechnik GmbH

Anschrift / *Address:*

Sattlerstr. 15
78532 Tuttlingen / Germany

SRN-Nummer / *SRN-No.:*

DE-MF-000005601

Produktgruppe/ *Product group:*

Nasenpolypenschnürer / Nasal polypus snares

Artikel / *Articles:*

Siehe Anhang / *see annex*

Basis-UDI-DI / *Basic UDI-DI:*

4050123-26-2060-JV

Risikoklasse / *Risk class:*

Klasse Ir / *Class Ir*

Regel / *Rule:*

6

UMDNS:

15676 Schlingeninstrument, Nase / *Snares, Nasal*

GMDN:

15676 Nasal snare, reusable

EMDN:

G030301 Polypectomy snares

Zweckbestimmung / *Intended use:*

Die Schlingeninstrumente werden zur Unterbindung von
Gefäßen und Polypen verwendet.
The snare instruments are used to ligate vessels and polyps.

Zertifikat / *Certificate:*

D1085600030

Mit der vorliegenden Konformitätserklärung erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben aufgeführte Medizinprodukt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/745 erfüllt.

With the present Declaration of Conformity, we hereby declare under our sole responsibility, that the above-mentioned medical device meets the essential safety- and performance requirements, defined in annex I of the Regulation (EU) 2017/745.

Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde durchgeführt nach Anh. IX Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte.

The Conformity Assessment Procedure has been performed according to annex IX, Chapter I and III of the Regulation (EU) 2017/745 for medical devices.

Angewandte Spezifikationen für die die Konformität erklärt wird sind im FB 4.2.3.1 Liste Normen, Verordnungen und Gesetze aufgeführt.

Applied specifications for which conformity is declared are listed in FB 4.2.3.1 List of standards, regulations and laws.

Diese Erklärung verliert sofort ihre Gültigkeit in Folge jeder, nicht durch uns schriftlich autorisierten Änderung oder Reparatur am Produkt.

This declaration becomes invalid immediately, when repairs or alterations occur to the product, without prior written approval by us.

Benannte Stelle: Kennnummer: 0483
mdc medical device certification GmbH,
Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Notified Body: Identification number: 0483
mdc medical device certification GmbH,
Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart

Diese Erklärung ist gültig bis zum 19.07.2027
this declaration is valid until: 19.07.2027


AS Medizintechnik GmbH
78532 Tuttlingen Sattlerstr. 15
Tel. 07481 / 96632-6 Fax 96632-88

Tuttlingen, den 05.09.2023

Nino Schilling
Geschäftsleitung / Managing Director

Anhang / Annex

Artikel-Nr. / Item number	Artikelbezeichnung deutsch	Articel description
26-621-26	Krause Nasenpolypenschnürer, 26 cm	Krause Nasal Polypus Snare, 26 cm
26-623-26	Krause-Voss Nasenpolypenschnürer, mit 2 Ausätzen, vertikal und horizontal, 26 cm	Krause-Voss Nasal Polypus Snare, with 2 attachments, vertical and horizontal, 26 cm
26-624-24	Lange-Wilde Nasenpolypenschnürer, 24 cm	Lange-Wilde Nasal Polypus Snare, 24 cm